

ECHONET Lite 機器認証仕様 認定試験仕様書【ショーケース】ショーケース用 Ver. 1.00 reviewsheet

Confidential ECHONET Consortium

番号	章	節	項	項目名	指摘部位	コメント	備考	決議		
								決定事項	規格書反映者	反映日
1	章			【SC-SC-A2】オブジェクト	室内機・室外機が一体となっている接続構成2の構成に対応していないように見える。			注釈として、「試験構成2の場合、ノードプロファイルクラスは両方搭載しているものとみなす」という文言を追加いたします。	SAWG	2016.12.27
2	章			応答時間	応答時間(20秒)以内	AIF仕様書の簡条2.4.2には「20秒未満に回答しなければならぬ」と記載されていますが、【SC-SC-B1】、【SC-SC-B2】及び【SC-SC-C1】では、「応答時間(20秒)以内」と記載されていて、違いがあります。ただし【SC-SC-A*】では、20秒未満になっています。		ご指摘いただき、ありがとうございます。仰る通り、正確には統一すべき文言と認識しております。ですが、スマートメータの時より、このような使い方になっており、他の機器との統一性を考慮し、現行のままとさせていただきます。	-	-
3	章	C1	11	認証内容	読み出し応答 (ESV=0x52) を応答できること。	ESV=0x52は不可応答ですので、「ESV=0x72」が正しいと思われる。		「読み出し応答」を「読み出し不可応答」に修正いたします。	SAWG	2016.12.27
4	章	C1	3	認証内容	「応答時間①」	他の項目では「応答時間」となっているため誤記と思われる。		ご指摘ありがとうございます。修正いたします。	SAWG	2016.12.27
5	章	C	4	認証内容	「応答時間①」	他の項目では「応答時間」となっているため誤記と思われる。		ご指摘ありがとうございます。修正いたします。	SAWG	2016.12.27
6	章	C1	7	OPC	OPCのデータ値=0x01、内容=1	認証内容がOPC=6iに対して、①要求及び②応答のOPCが0x01となっています。OPC=0x06が正しいと思われる。		ご指摘ありがとうございます。修正いたします。	SAWG	2016.12.27
7	章			オブジェクトコード	0x0EF0	インスタンスが1つですので、オブジェクトコードの内容をあらかじめ記載するなら0x0EF001を記載してよいと思われる。		ご指摘ありがとうございます。仰る通り、実質0x01になるものと思いき、記載した方がよいものと思いますが、他の機器では記載しておりませんでしたので、他の機器とまずは合わせるようにさせていただきます。	-	-
8	章			クラス名	業務用ショーケース向けノードプロファイルクラス	【SC-SC-A3-④】のクラス名が「業務用ショーケース向け室外機」ですので、名称を統一したほうが良いと思われる。		ご指摘ありがとうございます。修正いたします。	SAWG	2016.12.27
9	章			オブジェクトコード	0x0EF0	インスタンスが1つですので、オブジェクトコードの内容をあらかじめ記載するなら0x0EF001を記載してよいと思われる。		ご指摘ありがとうございます。仰る通り、実質0x01になるものと思いき、記載した方がよいものと思いますが、他の機器では記載しておりませんでしたので、他の機器とまずは合わせるようにさせていただきます。	-	-
10	【SC-SC-B1】			B1-021, 026	搭載レベル	※3が必要ではないですか？		ご指摘ありがとうございます。修正いたします。	SAWG	2016.12.27
11	【SC-SC-B1】			B1-025, 029	搭載レベル	※4が必要ではないですか？		ご指摘ありがとうございます。修正いたします。	SAWG	2016.12.27
12	【SC-SC-B2】			B2-018	搭載レベル	「※3規格の全値域を実装している場合は試験実施不要」が必要ではないですか？		ご指摘ありがとうございます。修正いたします。	SAWG	2016.12.27
13	【SC-SC-B2】			B2-017	搭載レベル	「※4搭載値が1つの場合は試験実施不要」が必要ではないですか？		ご指摘ありがとうございます。修正いたします。	SAWG	2016.12.27
14	【SC-SC-B1】			B1-037		本プロパティには「ECHONET機器オブジェクト詳細規定」の規定値以外」の値が存在しないものと見受けられます。どのように試験をすればよろしいですか？(2バイトでSet?)		ご指摘ありがとうございます。設置場所の試験と同等と考慮し、試験項目を削除することといたします。	SAWG	2016.12.27
15	【SC-SC-B2】			B2-010,011,012,018	「A3-②」	「A3-④」ではないですか？		ご指摘ありがとうございます。修正いたします。	SAWG	2017.02.08
16	【SC-SC-C1】			C1-009	「応答時間①」	他の項目では「応答時間」となっているため誤記と思われる。		ご指摘ありがとうございます。修正いたします。	SAWG	2017.02.08
17	【SC-SC-C1別紙】			C1-003	「②業務用ショーケース→EMSコントローラへの応答」IPDC1のみの行	記載ミスと思われる。削除願います。		ご指摘ありがとうございます。修正いたします。	SAWG	2017.02.08

